TEST DE 1 DROGA BZO FORMATO PANEL


Dispositivo capaz de detectar Benzodiacepinas (BZO) en una muestra de orina.
Tiene un periodo de detección desde las 1 día hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos



Certificados:

Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Benzodiacepinas (BZO)	1 día hasta 7 días	200 ng/ml



Los resultados son interpretados visualmente en función de la aparición de bandas en la ventana de prueba, que indican la presencia o ausencia de las drogas en cuestión. Este test es fácil de usar y ofrece resultados confiables en pocos minutos.

NO manipule la muestra de orina después de su recolección para evitar contaminaciones.
Siga las instrucciones del dispositivo, diseñado para minimizar el contacto y preservar la prueba.

PERMITIR QUE EL TEST CARD, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

POSITIVO: Aparece una línea de color en la región de Control (C), pero no aparece línea de color en la región del test (T). Este resultado debe considerarse positivo.

NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

INVÁLIDO: No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.

VISITA NUESTRA WEB Y REVISA NUESTROS PRODUCTOS