




TEST RAPIDO 6 DROGAS EN SALIVA (LAPIZ)

Test rápido para la detección cualitativa simultánea de multidrogas (6) y sus metabolitos en saliva humana. El test rápido multidrogas Alltest para detectar OPI / COC / AMP / MET / BZO / THC + ALC es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de metabolitos de múltiples drogas en fluido oral (saliva).



Contenedor	Sellado (durabilidad 1 hora de su apertura)
Detección	6 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI / MET / ALC
Requisito Operación	Inmediato o Diferido
Almacenamiento	Período Prolongado
Sellado	Hermético

NIVELES DE CORTES

Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección		Precisión	%
			Mínimo	Máximo		
COCAÍNA	COC	20	5-10 Min.	24 Horas	SENSIBILIDAD	94,70%
					ESPECIFICIDAD	96,50%
MARIHUANA	THC	50	4 Horas	14 Horas	SENSIBILIDAD	94,90%
					ESPECIFICIDAD	98,30%
ANFETAMINAS	AMP	50	5-10 Min.	72 Horas	SENSIBILIDAD	94,70%
					ESPECIFICIDAD	94,80%
BENZODIAZEPINAS	BZO	30	2 Horas	72 Horas	SENSIBILIDAD	95,00%
					ESPECIFICIDAD	95,50%
OPIÁCEOS	OPI	40	1 Hora	7-21 Horas	SENSIBILIDAD	96,80%
					ESPECIFICIDAD	95,70%
METANFETAMINAS	MET	50	5-10 Min.	72 Horas	SENSIBILIDAD	99,20%
					ESPECIFICIDAD	97,40%
ALCOHOL	ALC	0,02	30 Min.	24 Horas	SENSIBILIDAD	96,80%
					ESPECIFICIDAD	97,90%

NOTA:

El período durante el cual una prueba de drogas puede detectar la presencia de una sustancia en el sistema de una persona es altamente variable debido a varios factores, como el momento de consumo, la cantidad ingerida, la presencia de otras drogas, el metabolismo individual, de la forma de administración de la sustancia y otras variables.

Debido a la complejidad de estos factores, determinar con precisión la ventana de detección para un individuo específico puede resultar difícil o casi imposible. Por esta razón, se proporciona una tabla de referencia como guía general, pero es importante tener en cuenta que los resultados pueden variar ampliamente entre individuos.

TEST RAPIDO 6 DROGAS EN SALIVA (LAPIZ)

Tabla de drogas y metabolitos detectados:

Nombre de droga	Metabolitos	Nivel Corte ng/ml
COCAÍNA	Benzoylecgonina	20
MARIHUANA	11-nor-Δ^9-THC-9 COOH	50
ANFETAMINAS	d-Anfetamina	50
BENZODIAZEPINAS	Oxazepam	30
OPIÁCEOS	Morfina	40
METANFETAMINAS	d-Metanfetamina	50
ALCOHOL	Alcohol	0,02%



ALCOHOL PRECAUCIONES:

Los materiales de prueba que han estado expuestos al fluido oral deben tratarse como potencialmente infecciosos. **No use el test rápido de alcohol probado con fluido oral después de la fecha de caducidad** marcada en el paquete de aluminio.

ALCOHOL ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

La prueba rápida de alcohol debe almacenarse a 2-30°C en su paquete de aluminio sellado. Si la temperatura de almacenamiento excede los 30°C, el rendimiento de la prueba degradarse. Si el producto está refrigerado, la prueba rápida de alcohol (FLUIDO ORAL) debe llevarse a **temperatura ambiente** antes de abrir la bolsa.

MATERIALES PROPORCIONADOS

- Dispositivo tipo lápiz del test
- Instructivo



RECOGIDA DE MUESTRA Y PREPARACIÓN

La muestra de fluido oral debe recogerse utilizando el colector que se proporciona con el kit. Seguir las instrucciones de uso que se detallan a continuación. Puede utilizar la muestra de fluido oral recogida en cualquier momento del día. Al probar las tarjetas con alcohol, el almacenamiento de las muestras de fluido oral no debe exceder las 2 horas a temperatura ambiente o las 4 horas refrigeradas antes de la prueba.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar empaquetados en sus bolsas selladas a 2-30°C. el test es estable hasta su fecha de caducidad impresa en su bolsa. El test debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de su uso. **NO CONGELAR.** No usar pasada su fecha de caducidad.





TEST RAPIDO 6 DROGAS EN SALIVA (LAPIZ)



INSTRUCCIONES

Permitir que el dispositivo tipo lápiz del test Alltest alcance la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test.

Advierta a la persona que se va a realizar el test de que **NO se introduzca nada en la boca**: Comida, bebida, chicle o tabaco, al menos en los 10 minutos previos a la toma de la muestra.

Dejar que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Sacar el test de la bolsa y utilizarlo en el plazo de una hora.

Retire la tapa del test Alltest e inserte la mecha (almohadilla absorbente) en la boca. Colóquela debajo de la lengua para recoger el líquido oral hasta que aparezcan las líneas de color; entonces puede sacar el dispositivo. Colocar el test en una superficie plana y limpia, según la ilustración.

Leer los resultados a los 10 minutos. No leer resultados pasado una hora.

Lea el resultado del indicador de alcohol (Cuando incluye el indicador ALC en la prueba) de 3 a 5 minutos. Compare el color de la almohadilla de reacción con la tabla de colores suministrada por separado en la bolsa de aluminio para determinar el nivel relativo alcohol en el fluido oral

NOTA:

- No utilizar pasada la fecha de caducidad.
- El test debe permanecer en su bolsa sellada hasta el momento de uso.
- El fluido oral no está clasificada como un riesgo biológico a no ser que se derive de un procedimiento dental.
- El dispositivo lápiz del test Alltest debe eliminarse de acuerdo con las regulaciones sanitarias establecidas.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C), y otra en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Solo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T).



INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Revisar el procedimiento y repetir el test de nuevo

