INMOBILIARIA PROVIDENCIA
Cuidando su patrimonio

STANDARD Q COVID-19 Ag



Especificaciones STANDARD Q COVID-19 Ag	
Uso previsto	Inmunoensayo cromatográfico rápido para detección cualitativa de antígeno específico de SARS-CoV-2
Contenidos (25T/kit)	• Dispositivo de prueba (bolsa de aluminio individual) x 25 • Hisopo estéril x 25 • Buffer de extracción x 25 • Boquilla x 25
Tipo de muestra	Hisopo nasofaríngeo, hisopo nasofaríngeo en el VTM (Medio de Transporte)
Volumen de muestra	3 gotas de muestra mixta del Buffer de extracción
Tiempo de lectura	15 ~ 30 minutos (No lea los resultados de la prueba después de 30 minutos).
Sensibilidad	93.12%
Especificidad	100%
Temperatura de almacenamiento	2~40°C (36~104°F)
Temperatura de funcionamiento	15~30°C (59~86°F)

Interpretación



Una marca de color aparecerá en la sección superior de la ventana de resultado para mostrar que la prueba funciona adecuadamente. Esta marca es la línea de control (C).
Una marca de color aparecerá en la sección inferior de la ventana de resultado. Esta marca es la línea de antígeno COVID-19 (T).
Incluso si la línea control es tenue o la línea de prueba no es uniforme, la prueba debe ser considerada correcta y el resultado de prueba debe ser interpretado como un resultado positivo.

En caso de no aparecer la banda en la línea de control "C" se considera un resultado "INVÁLIDO". Se sugiere volver a repetir la prueba con un dispositivo nuevo.

Descripción

Prueba STANDARD Q COVID-19 Ag es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos específicos contra SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe humana. Con tiempo de lectura de 15 – 30 minutos.
Esta prueba debe ser aplicada sólo por profesionales de la salud, para diagnóstico in vitro.

Procedimiento

1.- Use ropa protectora personal desechable

2.- Recolecte la muestra nasofaríngea insertando un hisopo estéril dentro de la fosa nasal del paciente, rote el hisopo contra la pared posterior nasal/nasofaríngeo y retire el hisopo de la cavidad nasal.



3.- Una vez recolectada la muestra, mezclar con el buffer de extracción girando el hisopo al menos 5 veces.



4.- Una vez homogenizada la muestra, colocar la boquilla de protección



5.- Depositar 3 gotas de la mezcla homogenizada con la muestra y el buffer.



6.- Interpretar resultados de 15 – 30 minutos. No realizar la lectura posterior a los 30 min.

Beneficios

- Adecuado para puntos de atención
- Fácil de Usar
- Resultados rápidos en 30 minutos
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Reactivos listos para usar.

Publicidad dirigida a profesionales de la salud

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
INDRE