VitalAmérica

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: TEST ALCOHOL Y DROGAS DSD-863-A (IAT) TEST LAPIZ 6D+ALCOHOL (SALIVA) - (COC20/THC50/AMP50/BZO30/MET50/OPI40 + ALCOHOL) - ISP CE ISO 9001 E ISO 13485 - LABORATORIO ALLTEST BIOTECH 25 UNIDADES

CÓDIGO/SKU: 1985





CARACTERÍSTICAS:

- DISPOSITIVO DISEÑADO PARA DETECTAR DE MANERA RÁPIDA LA PRESENCIA DE COCAÍNA, MARIHUANA, KETAMINA Y ALCOHOL.
- UTILIZA UNA SIMPLE MUESTRA DE SALIVA Y FUNCIONA MEDIANTE UN INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO DE FLUJO LATERAL.
- ENTREGA RESULTADOS EN MINUTOS, IDENTIFICANDO MÚLTIPLES DROGAS EN UNA SOLA PRUEBA.
- DISEÑO COMPACTO, PORTÁTIL Y FÁCIL DE USAR, YA QUE NO REQUIERE EQUIPOS ADICIONALES NI PROCEDIMIENTOS INVASIVOS.
- LA CAJA INCLUYE 25 PRUEBAS, TARJETA DE COLORIMETRÍA E INSTRUCCIONES DE USO.

MARCA:

ALCOSAFE CHILE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	DISPOSITIVO COMPACTO TIPO MIDSTREAM CON HISOPO. (NO SE DETALLA EL TIPO DE PLÁSTICO EN EL DOCUMENTO).
APLICACIONES	APTO PARA APLICACIÓN EN ENTORNOS CLÍNICOS, LABORALES Y FORENSES.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- DISPOSITIVO DE USO PROFESIONAL DISEÑADO PARA PERSONAL SANITARIO CALIFICADO.
- NIVELES DE CORTE POR SUSTANCIA: COCAÍNA (COC) 20 NG/ML, MARIHUANA (THC) 50 NG/ML, KETAMINA (KET) 50 NG/ML, Y ALCOHOL (ALC) 0.02%.

CERTIFICACIONES:

- CUENTA CON CONTROLES INTERNOS QUE GARANTIZAN LA VALIDEZ DEL ANÁLISIS.
- INCLUYE UNA LÍNEA DE CONTROL VISIBLE QUE CONFIRMA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TEST.

USO Y MANTENIMIENTO

- USO: EL PACIENTE DEBE EVITAR CONSUMIR ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO O GOMA DE MASCAR AL MENOS 10 MINUTOS ANTES DEL TEST. SE DEBE COLOCAR EL HISOPO BAJO LA LENGUA HASTA QUE SE HUMEDEZCA COMPLETAMENTE.
- LECTURA: ESPERAR 10 MINUTOS PARA LA LECTURA COMPLETA DE DROGAS. PARA EL ALCOHOL, OBSERVAR ENTRE 3 Y 5 MINUTOS COMPARANDO CON LA TARJETA DE COLORES. NO INTERPRETAR RESULTADOS DESPUÉS DE 1 HORA.
- MANTENIMIENTO: CONSERVACIÓN ESTABLE ALMACENANDO ENTRE 2°C Y 30°C. ASEGURARSE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE USAR.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. **+56 9 5956 2231** **contacto@vitalamerica.cl**

Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.